

3 运输和储存

只应在原包装或合适的替代包装中运输产品。

含有可燃制冷剂的测量气体冷却器在其原包装上有明确标识，并应按照国家规定储存和运输。

未使用时，应防止设备受潮和受热。须将其储存于 -20°C 至 60°C (-4°F 至 140°F) 下的封顶的、干燥且无尘的室内。