

1 引言

1.1 合规应用

本设备被设计用于工业气体分析系统。它是样气制备过程中一个必不可少的组成部分，旨在保护分析仪免受样气中的残留水分破坏。

请注意就特定预期用途、现有的材料组合及压力和温度限制的说明。

1.2 型号

该设备可以多种配置的变异型号交付。凭铭牌上的商品货号，您可以确定具体的变异型号。

1.3 供货范围

- 冷凝器
- 产品文档
- 连接或安装配件（可选）

1.4 订购提示

4496	1	1	1	X	0	4	X	X	X	0	0	X	X	X	0	0	0	0	产品特征
气体冷却器型号（带1个换热器）																			
1																			TC-MINI 6111: 适中的环境温度 40 ° C
2																			TC-MINI 6112: 较高的环境温度 50 ° C
认证																			
0																			标准应用 - CE
供电电压																			
4																			24 V DC
换热器¹⁾																			
1	1	0	0	0															不锈钢, MTS, 公制
1	1	5	0	0															不锈钢, MTS-I, 英制
1	2	0	0	0															杜兰玻璃, MTG, 公制
1	2	5	0	0															杜兰玻璃, MTG, 英制
1	3	0	0	0															PVDF, MTV, 公制
1	3	5	0	0															PVDF, MTV-I, 英制
1	6	0	0	0															不锈钢, 弯角连接, MTS-WS, 公制
1	6	5	0	0															不锈钢, 弯角连接, MTS-I-WS, 英制
检湿器/过滤器																			
					0	0													不带过滤器, 不带检湿器
					0	1													不带过滤器, 1台带模块的检湿器
					1	0													1台过滤器, 不带检湿器
					1	1													1台过滤器, 带集成的检湿器
信号输出端																			
										1	0	0	0	0					模拟输出, 4...20 mA, 包括状态输出
										2	0	0	0	0					数字输出Modbus RTU, 包括状态输出

¹⁾ 公制或英制的连接检湿器/过滤器的接头和管道